

# YY 0881-2013 《一次性使用植入式给药装置专用针》第1号修改单

(自发布之日起实施)

## 一、6.1 色标:

原文“应用针柄和/或保护套的颜色作为针管的公称外径的色标。其颜色应符合 YY/T 0296 的要求。”

修改为“应用针柄、止流夹、保护套或其他组件的颜色作为针管的公称外径的色标。其颜色应符合 YY/T 0296 的要求。”

## 二、6.7.1 条:

原文“专用针的针尖应有一个朝向刃口方向的弯角（其角度约等于针尖的第一斜面角  $\alpha$ ），使第一斜面与针管管轴平行

注：这一结构使得针尖成为“侧孔”针，以有效降低穿刺落屑。C.2 给出了评价针尖穿刺落屑的信息。另见引言。”

修改为“专用针的针尖设计应使其在穿刺植入式给药装置隔膜过程中产生落屑的风险为最小。例如，使针尖部位有一个如图 1 所示的弯角（另见引言）。”