

# YY/T 0659—2017 《凝血分析仪》 医疗器械 行业标准第 1 号修改单

(征求意见稿)

一、公式 (1) “  $r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2(Y - \bar{Y})^2}} \dots\dots\dots(1)$  ”

修改为 “  $r = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2} \sqrt{\sum (Y - \bar{Y})^2}} \dots\dots\dots(1)$  ”。