

YY/T 0980.1-2016 《一次性使用活组织检查针 第 1 部分：通用要求》第 1 号修改单

(征求意见稿)

(自发布之日起实施)

一、条款 5.12.3 中：

“取 5.12.1 的检验液,按 GB/T 14233.1-2008 中 5.6.1 方法试验时,检验液呈现的颜色应不超过浓度为 5g/mL 的标准对照液的颜色。

改为：“取 5.12.1 的检验液,按 GB/T 14233.1-2008 中 5.6.1 方法试验时,检验液呈现的颜色应不超过浓度为 5 μg/mL 的标准对照液的颜色。